

# 相位统计功能

为方便广大用户更方便的使用 2829X 系列变压器扫描测试系统，于 2829X 系列仪器上增加相位统计功能。


该功能主要为了方便用户更加好的使用统计功能，能够记录下多次扫描测试中相位的合格情况。

2014 年 5 月 15 号及其以后的版本机器中均含有此功能。

下面是该功能的具体介绍：

用户进入统计界面后，会发现最下方新增加了 P 相位统计。

如下图所示：



[ 扫描测试统计 ]			
功能	合格	不良	合计
TURN	0	0	0
Lx	0	0	0
Lk	0	0	0
Cx	0	0	0
Zx	0	0	0
ACR	0	0	0
DCR	0	0	0
PS	0	0	0
BAL	0	0	0
P	0	0	0
总体	0	0	0

复位  
计数

退出

21:50