

# 外部复位功能

为方便广大用户更方便的使用 2829X 系列变压器扫描测试系统，目前在 2829X 系列仪器下增加外部复位功能。

该功能主要为仪器测量遇到不良品将锁住下一次的测试触发，只有在 HANDLER 接收到 RESET 复位信号才能解锁。

2014 年 6 月 16 日及其以后所有版本的 2829X 系列仪器均包含此功能。

如下图所示，进入工具菜单，外部复位功能栏，通过右侧菜单选择外部解锁 UNLOCK(打开功能)或选择外部复位 RESET(关闭功能)。

