

HDL 有效时间

为方便广大用户更方便的使用 2829X 系列变压器扫描测试系统，目前在 2829X 系列仪器下增加 HDL 有效时间。

该功能主要为了方便用户使用自动化测试，调整 HANDLER 输出信号的有效时间，更为有效的控制仪器测试。

2015 年 7 月 2 日及其以后所有版本的 2829X 系列仪器均包含此功能。

在<变压器编号>界面，选择工具按键，进入<工具>界面。将光标旋至 HND 有效时间，按数字键输入，范围 1-255，表示 HANDLER 信号的有效时间为 1-255ms, 输入 0 或大于 255 的数将显示 ALWAYS, 表示 HANDLER 的信号一直有效

