

负数禁用扣除功能

为方便广大用户更方便的使用 2829X 系列变压器扫描测试系统，于 2829X 系列仪器上增加负数禁用扣除功能。

该功能主要为了完善 2829X 系列仪器的测试功能，为防止客户在测得数据为负数时，因为偏差扣除功能而得到正确的值。新增加负数禁用扣除功能对负数不进行偏差扣除，并提示出错。

2014 年 5 月 15 号及其以后的版本机器中均含有此功能。

下面是该功能的具体介绍：

于工具界面中选择负数禁用扣除功能，打开此功能后，扫描测试结果负数不进行偏差扣除，并提示出错。

如下图所示

