

数据保存模式

为方便广大用户更方便的使用 2829X 系列变压器扫描测试系统，目前在 2829X 系列仪器下增加数据保存模式功能。

该功能主要为了用户能够更精确的保存测试结果，使用该功能，用户能根据自身要求来选择保存的测试结果是仅仅为 PASS 的结果还是所有的测试结果。

2013 年 11 月 1 日及其以后所有版本的 2829X 系列仪器均包含此功能。

于变压器扫描测试设置页面按工具按钮，进入工具页面，可使用数据保存模式功能，目前功能有 ALL，与 PASS ONLY 两种模式。在选择 ALL 模式时，在 DISP 界面打开保存数据功能，保存的为所有数据，而选择 PASS ONLY 模式时，仅保存测试结果为 PASS 的数据。

如下图：

