

命令控外触发功能

为方便广大用户更方便的使用 2829X 系列变压器扫描测试系统，目前在 2829X 系列仪器下增加命令控外触发功能。

该功能主要为了用户能够更为合理的安排自动化生产，当命令控外触发功能处于 ON 状态下时，仪器必须得同时满足外部（如按 TRG，踩动脚踏开关等）触发与上位机发出触发指令时仪器才会触发测试。

2014 年 2 月 17 日及其以后所有版本的 2829X 系列仪器均包含此功能。

