

# 禁用扫描继电器

为方便广大用户更方便的使用 2829X 系列变压器扫描测试系统，目前在 2829X 系列仪器下增加禁用扫描继电器。

该功能主要为了方便用户更灵活的使用扫描来代替变压器单组测试。可以实现单组测试所不能实现的多频率多电平扫描，又因为继电器的不动作，直接使用前面板测试端，减少了继电器板分布参数对测试的影响。

2016 年 3 月 30 日及其以后所有版本的 2829X 系列仪器均包含此功能。

在<变压器编号>界面，选择工具按键，进入<工具>界面。将光标旋至禁用扫描继电器，按右边菜单栏相应的软键选择打开或关闭此功能。

